

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

\#hdg.##ghfcndf]vcf"bh fhfi`pp gvc4 bh fhfi

Измеритель температуры размягчения нефтебитумов по методу кольца и шара ИКШ-МГ4



Прибор **ИКШ-МГ4** предназначен для определения температуры размягчения нефтебитумов по ГОСТ 11506, ГОСТ 32054, ГОСТ 33142, в соответствии с МИ 2418.

Прибор обеспечивает автоматический нагрев образцов с заданной скоростью, фиксацию и запоминание температуры размягчения. Равномерность нагрева по высоте (в объеме) обеспечивается механической мешалкой с электроприводом.

Предусмотрено одновременное испытание до 3-х образцов. Процесс испытания отображается на дисплее. Остановка испытаний автоматическая, с занесением результата в архив прибора.

Прибор оснащен функцией передачи данных на ПК по USB-интерфейсу.

Технические характеристики измерителя температуры размягчения нефтебитумов

| Наименование характеристик | ИКШ-МГ4 |
|--|---------------|
| Диапазон определения температуры размягчения, °С | 15...90 |
| Скорость нагрева жидкости, °С/мин | 5 ± 0,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С | ± 0,5 |
| Напряжение питания | 220В (50Гц) |
| Объем архивируемой информации, значений | До 200 |
| Связь с ПК | Интерфейс USB |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм, не более | 125х200х450 |
| Масса, кг, не более | 5,5 |
| Основные размеры рабочих частей прибора и его комплектация соответствуют требованиям ГОСТ 11506. | |

Комплект поставки измерителя температуры размягчения нефтебитумов

Электронный блок, технологический блок, кольцо гладкое (8 шт.), шарик диаметром 9,525 мм (8 шт.), направляющие накладки (4 шт.), сетевой шнур, USB кабель связи с ПК, программное обеспечение, руководство по эксплуатации, упаковочная тара. **По спецзаказу:** кольцо ступенчатое.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Обеспечивается сервисное и метрологическое обслуживание в течение всего срока эксплуатации.